BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1
tel.**77/444 65 75**, sekretariat **77 444 65 36**, e-mail:
zamowienia.publiczne@wp.pl
REGON: **000 313 437** NIP: **747 15 71 941**

Brzeg, ……..09.2019 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy postępowania: **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 30.000 EURO**

art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych *(tekst jednolity **Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm**.)pn.* **Dostawa Gazów medycznych i technicznych *dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu* wraz z dzierżawą butli *sygn. akt* 16/IX /2019**

Pytanie nr 1 - Prosimy o dopuszczenie w miejsce butli na tlen medyczny o poj 8l ze zintegrowanym reduktorem o wysokości nie większej niż 95cm butli na tlen medyczny o poj 10l ze zintegrowanym reduktorem o wysokości nie większej niż 95cm. Butle takie w 100% spełniają Państwa wstępne wymogi a przewyższają je zwiększoną zawartością gazu zapewniając rzadszą wymianę butli i większe bezpieczeństwo pacjentów poprzez większą zawartość gazu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 - Pakiet 2 poz. 19

Ze względu na szeroki zakres dotychczasowego opisu przedmiotu zamówienia, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w/w przedmiotu zamówienia i wskazanie konkretnej ilości wózków do transportu butli z gazami dla butli 40l, 10l i 8 l ? **Odpowiedź:** 40L- 2 szt.,10L- 4 szt.,8L- 4 szt.

Pytanie nr 3 - – Pakiet 2 poz. 19

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z pakietu (wózek do transportu butli) oraz utworzenie odrębnego zadania. Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną oraz konkurencyjną ofertę, a jednocześnie rozszerzy grupę potencjalnych wykonawców. **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmodyfikowane załączniki uwzględniające powyższa zmianę. **W zawiązku z powyższą modyfikacją Zamawiający informuje o utworzeniu pakietu nr 3 - Dostawa wózka do transportu butli z tlenem**.

W związku z powyższą zmianą, Zamawiający informuje o następujących zmianach treści ogłoszenia o zamówieniu:

A. pkt 5 ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

pakiet nr 1 – **Dostawa gazów medycznych – mieszanina azotu i tlenu** – wg załącznika nr 2/1 do niniejszego ogłoszenia;

pakiet nr 2 – **Dostawa gazów medycznych i niemedycznych** – wg załącznika nr 2/2 do niniejszego ogłoszenia;

pakiet nr 3 – **Dostawa wózka do transportu butli z tlenem**– wg załącznika nr 2/3 do niniejszego ogłoszenia.

B. pkt 14 ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:

Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć składając ofertę:

a) **Wypełniony formularz ofertowy** (wzór stanowi załącznik nr 1);

b) **Wypełnione odpowiednie formularze cenowe – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** (wzór stanowią załącznik nr 2.1 – 2.3);

c) **Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę**, o ile fakt ten nie wynika z dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia, jeżeli zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352).

d) **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

C. pkt „Załączniki" otrzymuje brzmienie:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2. Formularze cenowe – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załączniki nr 2.1 – 2.3);
3. Projekt umowy (załącznik nr 3).

D. Formularz ofertowy w pkt 3 otrzymuje brzmienie:

OFEROWANA WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA

Części zamówienia	Wartość brutto
1	2
pakiet nr 1 – **Dostawa gazów medycznych – mieszanina azotu i tlenu** – wg załącznika nr 2/1 do niniejszego ogłoszenia	**..... zł**
pakiet nr 2 – **Dostawa gazów medycznych i niemedycznych** – wg załącznika nr 2/2 do niniejszego ogłoszenia	**..... zł**
pakiet nr 3 – **Dostawa wózka do transportu butli z tlenem**– wg załącznika nr 2/3 do niniejszego ogłoszenia	**..... zł**

Pytanie nr 4 Ze względu na czas niezbędny na udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania, czas niezbędny na przygotowanie ważnej ofert oraz wczesną godzinę składania ofert wskazany w treści ogłoszenia, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert. **Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża termin składania ofert do 18.09.2019 do godz. 8.30. Termin otwarcia ofert dnia 18.09.2019 r. godz. 9.00.**

Pytanie nr 5 do pakietu nr 1

Mając na względzie zasady uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie gazu medycznego sprężonego, mieszaniny podtlenku azotu 50% i tlenu 50% w butli aluminiowej z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 11 litrów, zawierającej 3,23 m3 mieszaniny gazów. Jednocześnie, ze względu na różne pojemności gazu w butlach 10l i 11l prosimy o wyrażenie zgody na właściwe przeliczenie liczby butli, w celu uzyskania porównywalnych ofert, a mianowicie:

10 butli x 2,8m3 (gazu w butli 10l) = 28m3 gazu wymaganego przez Zamawiającego 28m3 gazu wymaganego : 3,23 m3 (gazu w butli 11l) = 8,67 butli 11 l (9 butli w zaokrągleniu do pełnych butli).Rozwiązanie takie jest korzystne dla Zamawiającego ze względu na możliwość przystąpienia większej liczby oferentów, a tym samym uzyskania przez Zamawiającego lepszych warunków cenowych z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 do pakietu nr 1. Czy Zamawiający stosuje gaz mieszaninę tlenu medycznego i podtlenku azotu w proporcjach 50% / 50% w położnictwie?

Jeśli tak, to czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego 50% tlenu i 50% podtlenku azotu, który oprócz wskazania do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, **posiada wskazania do stosowania i określony sposób podawania w położnictwie** (punkt 4.1 *Wskazania do stosowania* i punkt 4.2 *Dawkowanie i sposób podania),* zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego?

Informacje zawarte w ChPL są jedynym wiążącym kryterium medycznym, co do zastosowania produktu leczniczego, opartym na badaniach klinicznych i zawierają zamknięty katalog wskazań do stosowania. Wagę zapisów zawartych w charakterystyce produktu leczniczego oraz braku ich swobodnej interpretacji podkreśla również w orzecznictwo- wyrok KIO z dn. 1.06.2012 sygn. 1004/12. Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają być użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem medycznym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 05.12.1996 ze zmianami, Dz. Ustaw z 2011r. nr 277 poz. 1634.

Prosimy o skonsultowanie powyższego pytania z Kierownikiem Apteki Szpitalnej.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 7do pakietu nr 1-Jeśli Zamawiający stosuje gaz mieszaninę tlenu medycznego i podtlenku azotu w proporcjach 50%/50% w położnictwie, to czy dla zapewnienia pacjentkom bezpieczeństwa mikrobiologicznego Zamawiający wymaga zaoferowania jednorazowych wyrobów medycznych: ustników z filtrem kierunkowym o

określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999% i potwierdzenia tego parametru oświadczeniem producenta lub kartą produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z ogłoszeniem.

Pytanie nr 8 do pakietu nr 1- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zaworu dozującego zintegrowanego z zaworem wydechowym i tworzącego ze standardowymi, jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr i ustnik) bezpieczny układ niepozwalający na powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i tworzący z wnętrza zaworu tzw. **strefę bezdotykową**, niewymagającą dezynfekcji, zabezpieczoną przed przypadkową ingerencją? „- **strefa bezdotykowa** – obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pośrednictwem rąk personelu, pacjentów oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem (m.in. podłogi, ściany, okna); ryzyko kontaminacji tych obszarów jest niewielkie oraz przeniesienia na pacjenta znajdującego się na powierzchni ewentualnego zanieczyszczenia".

Odpowiedź: Zgodnie z ogłoszeniem.

Pytanie nr 9 do pakietu nr 1- Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi (Plan Higieny Szpitalnej)? Zawór dozujący jest tzw. **strefą dotykową** – czyli podlegającą dezynfekcji.

„- **strefa dotykowa** - obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent i personel kontaktują się często, ale które nie zostały skażone biologicznym materiałem ludzkim; z uwagi na częsty kontakt za pośrednictwem rąk lub sprzętu medycznego ryzyko kontaminacji tych obszarów jest duże oraz przeniesienie znajdującego się na tych powierzchniach zanieczyszczenia na każdą kontaktującą się z nimi osobę (m.in. klamki, uchwyty, kontakty, słuchawki telefoniczne, poręcze krzeseł, blaty robocze, strefa wokół umywalki". **Odpowiedź: Zgodnie z ogłoszeniem.**

Pytanie nr 10 do pakietu nr 1Dotyczy przedmiotu zamówienia pakiet nr 1

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający dopuści zaoferowania zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. strefę bezdotykową, czyli nie wymaga ingerencji w jego strukturę, ale producent przewidział możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zaworu w przypadku podejrzenia jego kontaminacji zgodnie z Procedurą dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym i zawarł takie informacje w instrukcji obsługi, a zawór jest zabezpieczony przed przypadkową ingerencją osób nieuprawnionych?

Odpowiedź: Zgodnie z ogłoszeniem

W załączeniu aktualny załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – Formularz ofertowy uwzględniający powyższą zmianę.

Zamawiający informuje o zmianie godziny składania ofert: do dnia **18.09.2019r.** godz. **8:30**

Załączniki do niniejszych wyjaśnień:

1. Aktualny formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2. Aktualne formularze cenowe – załączniki nr 2.1 – 2.3;
3. Projekt umowy.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje należy traktować jako integralną część ogłoszenia na wyżej wymienione postępowanie.

Dyrektor Brzeskiego Centrum
Medycznego w Brzegu – Kamil Dybizbański /-/
.....
Kierownik Zamawiającego