Ogłoszenie nr 2020-12020-21465

Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego w ramach projektu „Poprawienie jakości kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem poprzez remont oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodków w Brzeskim Centrum Medycznym".

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 2

Pytanie numer 1, data wysłania 2020-12-14, data opublikowania 2020-12-15

Dzień dobry,
W zapytaniu ofertowym znalazłam informację, ze odpuszczacie Państwo oferty częściowe.
Czy oferty częściowe są dopuszczalne tylko w tych dwóch podanych przedziałach czy również części składowe również?
Czy możliwe jest złożenie oferty na same lampy bakteriobójcze przepływowe?

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, że nie ma możliwości złożenia oferty tylko na wybrane produkty w danej części. Takie działanie skutkowałoby niemożliwością porównania i oceny złożonych ofert na Część 1 lub 2.

Pytanie numer 2, data wysłania 2020-12-18, data opublikowania 2020-12-18

Dotyczy: Część 2
Fotel ginekologiczny
1. Czy Zamawiający rozszerzy konstrukcję o opartą na dwóch metalowych, lakierowanych proszkowo spłaszczonych kolumnach o budowie trapezowatej?
2. Czy Zamawiający rozszerzy długość całkowitą do 2050mm oraz szerokość do 750mm?
3. Czy Zamawiający rozszerzy regulację wysokości w zakresie 520-960mm?
4. Czy Zamawiający rozszerzy regulację segmentu pleców w zakresie 0-65o za pomocą sprężyny gazowej?
5. Czy Zamawiający rozszerzy regulację siedziska w zakresie 0-30o?
6. Czy Zamawiający rozszerzy regulację pozycji Trendelenburga za pomocą regulacji segmentu głowy w zakresie od -28o do +50o, dzięki czemu głowa pacjenta pozycjonowana jest poniżej poziomu 0o?
7. Czy Zamawiający rozszerzy regulację podkolanników za pomocą zacisku z regulacją ?
8. Czy Zamawiający będzie wymagał aby regulacja wysokości odbywała się dodatkowo za pomocą sterownika nożnego dostępnego z 4 stron podstawy?
9. Czy Zamawiający będzie wymagał aby fotel posiadał bezpieczne obciążenie robocze 250kg?
10. Czy Zamawiający będzie wymagał aby fotel zbudowany był z trzech segmentów, tj. segmentu siedziska z podkolannikami, segmentem pleców oraz osobnym, niezależnym segmentem głowy, dzięki czemu fotel

---

w łatwy sposób można przekształcić do stołu do wykonania USG lub prostych zabiegów?
11. Czy Zamawiający będzie wymagał aby fotel posiadał niezależny podgłówek umożliwiający regulację kata nachylenia poniżej poziomu 0 stopni?

Udzielono odpowiedzi

Ad.1
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia: Fotel ginekologiczny o konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie obudowanej tworzywową osłoną uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń do środka lub opartej na dwóch metalowych, lakierowanych proszkowo spłaszczonych kolumnach o budowie trapezowatej
Ad.2
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opisie przedmiotu zamówienia: Długość fotela porodowego wraz z materacem: 190 cm +/- 15 cm, Szerokość fotela porodowego wraz z materacem: 90 cm +/- 15 cm
Ad.3
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia: Elektryczna regulacja wysokości fotela w zakresie min. 60 - 115 cm +/- 20 cm liczonym od powierzchni materaca.
Ad.4
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia: Elektryczna lub za pomocą sprężyny gazowej, regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od -15o do 70 o , +/- 15o
Ad.5
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia: Elektryczna, oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0o do 30o
Ad.6
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia: Możliwość ustawienia fotela w pozycji Trendelenburga w zakresie od – 15o , do +40o +/- 20o
Ad.7
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza
Ad.8
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza
Ad.9
Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian
Ad.10
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza
Ad.11
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza